



INSERTOS COMPLEMENTARIOS PARA LEVANTAMIENTO DE PISO DE SENO MAXILAR			
DENOMINACIÓN	MACRODISEÑO DE INSERTO	CARACTERÍSTICAS	USO CLÍNICO
Inserto cónico		Inserto de decolado por empuje mecánico y/o hidromecánico Parte activa: 4.9 mm aprox. de diámetro. Irrigación: Con y sin orificios de irrigación.	Empuje mecánico y/o hidromecánico de la membrana sinusal.
Inserto tipo cureta para elevación de membrana sinusal.		Inserto de decolado por empuje mecánico Parte activa: 4 mm aprox. de diámetro. Un orificio de irrigación. Angulación de 90º a 135º aprox.	Empuje mecánico de la membrana sinusal.